



Kalibreringsblok med 4 step i stål høj model (20-30-40-50mm)

15083020

Kalibreringsblok i stål til test af en ultrasonisk tykkelsesmåler.

Tolerancen: $\pm 0,1$ mm

Kalibrering: Ved at anvende en kalibreringsblok med en kendt tykkelse kan en operatør justere ultrasonisk tykkelsesmåler, så dens aflæsninger stemmer overens med de kendte værdier. Dette er essentielt for at sikre, at måleren er korrekt kalibreret.

Verifikation: Kalibreringsblokke bruges også til periodisk kontrol for at verificere, at måleren stadig giver korrekte aflæsninger efter gentagen brug. Materialekontrol: Kalibreringsblokke kan være fremstillet af forskellige materialer for at matche de specifikke materialer, der skal måles, da lydshastigheden kan variere mellem forskellige materialer.

Disse har flere trin med forskellige tykkelser, hvilket tillader kalibrering og verifikation over et interval af tykkelser.

Rengør både kalibreringsblokken og målerens probe for at sikre, at der ikke er nogen forurenende stoffer, der kan påvirke målingen.

Produktdetaljer

Varenr. 15083020

EAN

Toldtarif 9024108000

Salgskvantum 1

Produktspecifikationer

Barcode 5708004108719

Brutto vægt 0,370 kg